

FZ/357/2026

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**  
**DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO pn.:**  
**„Dostawa wyłaczarki laboratoryjnej do Sieć Badawcza Łukasiewicz**  
**-Instytutu Chemii Surowców Odnawialnych”**  
(znak sprawy: FZ.2300.2.553.2026)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Surowców Odnawialnych z siedzibą przy ul. Energetyków 9 w 47-225 Kędzierzynie-Koźlu udziela odpowiedzi do pytań potencjalnego wykonawcy:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 505 (szerokość) x 600 (głębokość) x 420 (wysokość) mm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści moduł wyłaczający z regulacją w zakresie 90-150 obr./min?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w obudowie z białego poliuretanu?

Odpowiedź:

W przypadku samej obudowy – TAK, pod warunkiem że dotyczy to elementów niemających kontaktu z przetwarzanym materiałem.

